



INNOVATION

8 allée Geoffroy Saint Hilaire
CS 30021

Agréments formation

- 72330571433 DRTEFP Aquitaine

APPLICATION

F-33615 PESSAC Cedex

- EWF – Certificat n° 27 pour

FORMATION

Tél : (33) 05.47.74.69.00

EAB-EWF 515

Fax : (33) 05.47.74.80.13

EAS-EWF 516

CARACTÉRISATION

Mél : rescoll@rescoll.fr

<http://www.rescoll.fr>

SIRET 437 950 173 00041 – NAF 7490B – VAT FR 81437950173

AO 2011/005

◆ Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :

RESCOLL, Société de recherche, 8 Allée Geoffroy Saint Hilaire CS 30021, 33615 PESSAC
Tel : 05.47.74.69.00, Fax : 05.47.74.80.13

Contact technique :

Wilfrid Sourbé : wilfrid.sourbe@rescoll.fr

Contact commercial :

Frédéric Combarous : frederic.combarous@rescoll.fr

◆ Objet du marché :

Achat d'un goniomètre

◆ Caractéristiques principales :

Caractéristiques :

- Mesure d'angle de contact
- Mesure de point isoelectrique des surfaces

Eléments indispensables :

- Système de dépose multi-seringues (4 seringues)
- Déplacement manuel de l'échantillon
- Dépose de la goutte automatisée (au microlitre)
- Mouillabilité sur fibres

En options :

- Possibilité de mesure d'angles en dynamique (inclinaison du porte échantillon)
- Possibilité de faire des mesures en température (-10°C à 120°C) et humidité

Les offres comprendront :

- ◆ Le goniomètre
- ◆ La livraison ;
- ◆ 2 ans de garantie au minimum.





INNOVATION

8 allée Geoffroy Saint Hilaire

Agréments formation

CS 30021

- 72330571433 DRTEFP Aquitaine

APPLICATION

F-33615 PESSAC Cedex

- EWF – Certificat n° 27 pour

Tél : (33) 05.47.74.69.00

EAB-EWF 515

FORMATION

Fax : (33) 05.47.74.80.13

EAS-EWF 516

CARACTÉRISATION

Mél : rescoll@rescoll.fr

<http://www.rescoll.fr>

SIRET 437 950 173 00041 – NAF 7490B – VAT FR 81437950173

◆ Critères d'attribution :

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.

- ◆ Technicité et possibilité d'évolution : 30 % ;
- ◆ Prix : 30 % ;
- ◆ Délai de livraison 20 % (maximum début mars 2012);
- ◆ SAV : 20 %.

